

一、什麼是健保給付之人工心律調節器

人工心律調節器是一精密的電子裝置，能感應心臟的電氣變化。當心臟刺激心跳或傳導的部分有問題時，會造成心跳變慢或不規則現象，可能會讓人覺得頭暈、無力、呼吸困難、暈厥、甚至危及生命。此時所裝置之人工心律調節器會發出微弱電流來刺激心臟，以矯治心律，維持心臟功能。

電極導線：它是一條柔韌、高強度的絕緣線，一頭連接心律調節器，另一頭與心肌接觸，主要是用來傳送電流以達到刺激心跳的目的。醫師會依照病人身體需要替您選擇最適合的機型。

二、什麼是新增功能類別人工心律調節器

新增功能類別人工心律調節器具備較佳之訊號偵測功能，更加符合心臟之功能需求，能貼近病人之長期臨床需求，惟目前大型研究顯示，對病人的長期預後，以死亡率來說，無明顯改善，但對生活品質以舒適而言，會有些幫助。然而新增功能類別人工心律調節器也有它的禁忌症等，所以必須由專科醫師詳細評估，以做出最好的治療及處置，

三、為什麼無法全額給付新增功能類別人工心律調節器

健保目前所提供的特材品項應已足敷使用。新增給付之新醫療材料係改善現有品項的某些功能，但價格較原健保給付類似產品之價格昂貴很多，在健保財源有限的情況下，難以列入健保給付；健保局為減輕病患的負擔以及考慮給付的公平性，故對該類品項給予部分給付。亦即保險對象如符合人工心律調節器之使用規範者，經醫師詳細說明並充分瞭解後，自願使用較昂貴且未納入健保給付範圍之新增功能類別人工心律調節器者，為減少保險對象之負擔，**由健保局支付人工心律調節器之支付金額93,833元，超過部分由保險對象自行負擔。**

四、醫療院所應告知病患哪些事項

醫院會於實施前充分告知病患或家屬使用之原因、應注意事項及須自行負擔金額，填寫同意書，一份交由病患保留，另一份則保留於病歷中。

(資料來源於：全民健康保險部分給付新增功能類別人工心律調節器作業彙編(民眾篇))

五、本院進用之人工心律調節器廠牌及品項

健保碼碼	品名規格	衛署字號	型號	廠牌	醫療單價	健保支付單價	保險對象負擔費用
FHP02ADDRSM4	美敦力黛拉心臟節律器	衛署醫器輸字第023295號	ADDR01; ADDR03	台灣美敦力	154,980	93,833	40,987
FHP02DDRADM4	雙腔人工心律調節器	衛署醫器輸字第018079號	DDDR	台灣美敦力	154,980	93,833	61,147
FHP02ADDRSM4	美敦力黛拉心臟節律器	衛署醫器輸字第023295號	ADDRS1;ADDRL1	台灣美敦力	154,980	93,833	61,147
FHP02A3DR1M4	艾維莎核磁共振植入式心臟節律器	衛署醫器輸字第023118號	A3DR01	台灣美敦力	172,368	93,833	78,535
FHP02EN1DRM4	美敦力安信諾核磁共振植入式心臟節律器	衛署醫器輸字第024382號	DDDR/EN1DR01	台灣美敦力	138,600	93,833	44,767
FHP02ZEDRUST	神風植入式心臟節律器/雙腔	衛署醫器輸字第019280號	ZEPHYR(XL DR5826 & DR5820)	台灣聖猷達	122,500	93,833	28,667
FHP02ARFDRST	聖猷達艾森心臟節律器/雙腔心臟節律器	衛署醫器輸字第021774號	ACCENTDRRFPM221	台灣聖猷達	154,980	93,833	34,939
FHP02MR224ST	聖猷達艾森核磁共振心臟節律器	衛署醫器輸字第023498號	PM2224	台灣聖猷達	141,120	93,833	47,287